

仕様書

1 件名:那覇市立小中学校 オーディオメータの購入

2 基準物品

- (1) 基準品:ヤガミ YAM-2N(保健福祉カタログ 346・347 頁)
- (2) 台数:23 台(内訳 小学校:14 台 中学校:9 台)
- (3) 納品先:別添『オーディオメータ 購入一覧』の通り

3 同等品の希望要件: 基準品に替えて、同等品の場合は、下記要件をすべて満たすこと。

- (1) 専用 AC アダプター・収納ケース付き
- (2) 最新版の改正 JIS (JIS2020) に準拠した製品
- (3) 納品前に社内検査を受けている
- (4) 周波数
 - ① 周波数:250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、6000Hz
 - ② 周波数精度:±2%以内
- (5) 聴力レベル
 - ① 選別聴力検査:1000H の場合、納品時に 30dB に設定できるもの。
4000Hz の場合、納品時に 25dB に設定できるもの。
 - ② 気導聴力検査:各周波数とも-10~75dB(5dB 間隔)
- (6) 全高調波ひずみ: 2.5%以下
- (7) 聴力レベル誤差:250~4000Hz の場合、±3dB 以内。6000Hz の場合、±5dB 以内。
- (8) 機能
 - ① スクリーニング時のボタン操作は最小限(ア:検査する耳の選択、イ:周波数の選択、ウ:確認音の出力、エ:検査音の出力)であり、操作面には学校保健安全法の手順に沿った操作ガイドが付いていること。また、左から右に検査の流れに沿ったボタン配置で、検査音ボタンのみ色分けされていること。
 - ② ヘッドホンは左右色分けがされていること。また、ヘッドホンと応答ボタンはアルコール消毒が可能であること。

4 留意事項

- (1) 金額には、納品に必要なすべての費用(送料・搬入・設置等)を含めること。
(諸経費・消費税込みで 1 品ずつの単価が分かるよう表示すること。)
- (2) メーカー保証は、1 年以上とすること。
- (3) 納品の際に生じる、梱包等に使用されたダンボール、発砲スチロール、プラスチック(ポリエチレンの袋等)等は撤去すること。

オージオメータ 購入一覧

No	学校名	数量
1	城東小学校	1
2	城南小学校	1
3	識名小学校	2
4	若狭小学校	1
5	垣花小学校	2
6	上間小学校	1
7	石嶺小学校	1
8	仲井真小学校	1
9	曙小学校	2
10	那覇小学校	2
11	首里中学校	1
12	那覇中学校	1
13	神原中学校	2
14	古蔵中学校	1
15	小禄中学校	3
16	石嶺中学校	1
集計		23